
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA MASCULINO
ANVISA N°80163570028

FINALIDADE:
Artigo indicado no auxílio a incontinência urinária e na coleta da urina de pacientes do sexo masculino, possui preservativo em látex que ao ser ajustado no pênis do paciente, veda qualquer tipo de extravasamento de urina.

COMPOSIÇÃO:
1. Preservativo de látex, tamanho: G com diâmetro 52 mm.
2. Conector em PVC azul
3. Tubo em PVC azul: de 100 e 130 cm de comprimento.



EMBALAGEM:


MEDSONDA
PRODUTOS PARA SAÚDE
DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, APIROGÊNICO, USAR CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, DESTRUIR APÓS O USO, PRODUTO DE USO ÚNICO.
PROIBIDO REPROCESSAR
CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES.
WWW.MEDSONDA.COM.BR OU SOLICITE PELO
SAC TEL: (43) 3512 2800 OU E-MAIL: SAC@MEDSONDA.COM.BR
RESPONSÁVEL TÉCNICO
REGIANE GAVLAK CRQ/PR 09201294
VALIDADE: 4 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO
ADVERTÊNCIAS
UTILIZAR APENAS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRA E NO PRAZO DE VALIDADE.
CONTÉM 1 (UMA) UNIDADE
FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO: MEDSONDA IND. E COM DE PROD. HOSPITALARES DESC. LTDA
AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO,1191 - DIST. IND. | CNPJ: 05.150.338/0001-43
ARAPOTI-PR | CEP: 84990-000 | FONE: (43) 3512 2800 | E-MAIL: MEDSONDA@MEDSONDA.COM.BR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:
Código;
Descrição do produto;
Lote;
Data de fabricação;
Cadastro ANVISA;
Instrução de Uso e Revisão;
Código de barras.
Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:
Produto esterilizado em Oxido de Etileno.
VALIDADE:
Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2022	06	Gessica Dias Correia	Inclusão do tamanho equivalente do dispositivo G no Item 1 Composição.
08/2024	07	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira” e Revisão no Item 1.
04/2025	08	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.