

Revisão N°03

INSTRUÇÃO DE USO EQUIPO PARA CARBOXITERAPIA IU 5.028

Emissão: 02/2022



Especificação Técnica:

Tubo de poli cloreto de Vinila (PVC) Atóxico, flexível e transparente.

Comprimento: 160 cm

Estéril. Esterilizado a Óxido de Etileno. Uso Único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; a embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada e úmida. O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.

Indicação de Uso:

É um artigo destinado para infusão de gás carbônico (CO₂) nos tecidos (pele/ gordura), durante a carboxiterapia.

Contraindicação:

O produto não apresenta contraindicações desde que observado a sua correta utilização de acordo com as técnicas médicas e as instruções de uso.

Modo de Uso:

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio.

Verificar se as tampas protetoras estão perfeitamente encaixadas, garantindo assim a integridade da esterilização após aberto a embalagem.

Conectar a extremidade com filtro no local indicado na máquina de carboxiterapia.

Conectar na outra extremidade a agulha.

Realize o procedimento. Após o uso, descartar o produto de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163579004.
CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
		Mivera	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10/2021	02	Rogério S. Soares	Especificação técnica: Inclusão do texto "Produto de uso único. Proibido Reprocessar". Inclusão do item "Contraindicação". Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Rogerio S. Soares".
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Rogerio S. Soares" para "Gessica Dias Correia".