MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão N°06	FICHA TÉCNICA FT 8.040	Emissão 04/2025	MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE

MEDVIAS 4 VIAS
ANVISA N°80163570041

FINALIDADE:
Tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, à adaptação do equipo aos frascos de soluções parenterais de grande volume, seringas, scalp. Conforme ABNT NBR ISO 80369-7:2022.



COMPOSIÇÃO:

1. Protetor luer lock - confeccionado em PVC com rosca dupla.
2. Conector Luer Lock - permite uma conexão nos dispositivos de infusão. Conforme Norma NBR ISO 80369-7:2022.
3. Tubo de PVC cristal - atóxico. Comprimento 5 cm cada, com diâmetro interno 2,60 mm e neo natos com 1,90 mm.
4. Corta-fluxo - destinado à interrupção de fluxo quando acionado, cores foram adicionadas a cada via a fim de sinalizar cada via utilizada (vermelho, azul, branco e verde).
5. Conector em Y (derivação) confeccionado em polímero resistente, que permite conexão segura dos tubos.
6. Conector Luer Slip - confeccionado em pvc. Conforme NBR ISO 80369-7:2022.
7. Protetor para conector Luer Slip (tampa) confeccionado em PVC.
8. Protetores luer lock reserva (opcional), para possível utilização durante os procedimentos.
9. Conector luer rotativo, permite melhor conexão, sem desconectar ao movimento do paciente.
10. Conector luer lock Valvulado).
11. **FREE LÁTEX**

EMBALAGEM:

→ 9

→ 10

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:
Código ;
Descrição do produto;
Lote;
Data de fabricação;
Cadastro ANVISA;
Instrução de Uso e Revisão;
Código de barras.
Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

Medvias 4 vias sem Corta Fluxo



ESTERILIZAÇÃO:
Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:
Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2020	04	Milena Costa Rivera	Alteração do diâmetro interno do tubo neo nato de 1,60 mm para 1,90 mm. Inclusão do conector luer lock valvulado
02/2022	05	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.
04/2025	06	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.