
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
ANVISA N°80163570026

FINALIDADE:
Usado para administrar alimentos líquidos ou semi-líquidos até o estômago ou intestino delgado do paciente.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR ISO 8536-4: 2024 adaptável em bolsa e frascos de soluções a serem administradas.
3. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
4. Tubo de PVC, 120, 150 e 200 cm de comprimento com diâmetro interno de 3,20 mm. Pinça tipo rolete de fácil regulagem do fluxo de gotejamento, com rolete com estrias para atrito para auxílio na regulagem.
5. Pinça tipo rolete de fácil regulagem do fluxo de gotejamento, com rolete com estrias para atrito para auxílio na regulagem.
6. Conector slip conforme *ABNT NBR ISO 80369-7:2022* para seringas, agulhas e sonda de alimentação.
7. Tampa protetora para o conector.
8. **FREE LÁTEX**



EMBALAGEM:


MEDSONDA
PRODUTOS PARA SAÚDE
DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, APIROGÊNICO, USAR CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, DESTRUIR APÓS O USO, PRODUTO DE USO ÚNICO.
PROIBIDO REPROCESSAR
CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES.
WWW.MEDSONDA.COM.BR OU SOLICITE PELO
SAC TEL: (43) 3512 2800 OU E-MAIL: SAC@MEDSONDA.COM.BR
RESPONSÁVEL TÉCNICO
REGIANE GAVLAK CRQ/PR 09201294
VALIDADE: 4 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO
ADVERTÊNCIAS
UTILIZAR APENAS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRA E NO PRAZO DE VALIDADE.
CONTÉM 1 (UMA) UNIDADE
FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO: MEDSONDA IND. E COM DE PROD. HOSPITALARES DESC. LTDA
AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO,1191 - DIST. IND. | CNPJ: 05.150.338/0001-43
ARAPOTI-PR | CEP: 84990-000 | FONE: (43) 3512 2800 | E-MAIL: MEDSONDA@MEDSONDA.COM.BR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:
Código ;
Descrição do produto;
Lote;
Data de fabricação.
Cadastro ANVISA;
Instrução de Uso e Revisão;
Código de barras.
Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:
Produto esterilizado em Óxido de Etileno.

VALIDADE:
Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
11/2020	05	Milena Costa Rivera	Inclusão do código 10312402 e 10312411 Alteração da palavra “luz interna” para “diâmetro interno” Alteração do diâmetro interno de “2,90 mm” para “3,20 mm”.
02/2022	06	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.
04/2025	07	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem e Atualização no Item 2.