

EXTENSOR CRISTAL PARA ASPIRAÇÃO ANELOADO
ANVISA N°80163570045

FINALIDADE:

É indicado para aspiração cirúrgica em procedimentos médicos.

COMPOSIÇÃO:

1. Conectores anelados: Confeccionados em PVC (policloreto de vinila) flexível, atóxico, anelado e compatível com os conectores a vácuo ou máquinas de aspiração.
2. Tubo confeccionado em PVC atóxico sem emendas, com comprimento de 1,5; 2; 3; 4 e 6 m, com calibre de 16; 18 e 20FR.
3. FREE LÁTEX

EMBALAGEM:



Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código;

Descrição do produto;

Lote;


Data de fabricação;

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.



ANELADO

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
02/2022	05	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
04/2025	06	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira". Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.
11/2025	07	Rozilda R. Oliveira	Atualização conforme cadastro Anvisa.