
MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão N°02	FICHA TÉCNICA FT 8.081	Emissão 04/2025	MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE

TORNEIRA 3 VIAS
ANVISA N°80163579005



FINALIDADE:
A torneira 3 vias é um dispositivo para conectar e regular a direção do fluxo de soluções intravenosas de três linhas distintas, duas linhas de infusão (equipo, extensor) e uma de acesso venoso (scalp, cateter) com conexão macho.

COMPOSIÇÃO:
1.Válvula (parte interna) fabricado em Polipropileno.
2.Corpo (parte externa) fabricado em Policarbonato.
3.Conector luerlock rotativo
4.Conector luerlock macho
5.Tampa

EMBALAGEM:


MEDSONDA
PRODUTOS PARA SAÚDE
DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, APIROGÊNICO, USAR CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, DESTRUIR APÓS O USO, PRODUTO DE USO ÚNICO.
PROIBIDO REPROCESSAR
CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES.
WWW.MEDSONDA.COM.BR OU SOLICITE PELO
SAC TEL: (43) 3512 2800 OU E-MAIL: SAC@MEDSONDA.COM.BR
RESPONSÁVEL TÉCNICO
REGIANE GAVLAK CRQ/PR 09201294
VALIDADE: 4 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO
ADVERTÊNCIAS
UTILIZAR APENAS SE A EMBALAGEM ESTIVER INTEGRA E NO PRAZO DE VALIDADE.
CONTÉM 1 (UMA) UNIDADE
FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO: MEDSONDA IND. E COM DE PROD. HOSPITALARES DESC. LTDA
AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO,1191 - DIST. IND. | CNPJ: 05.150.338/0001-43
ARAPOTI-PR | CEP: 84990-000 | FONE: (43) 3512 2800 | E-MAIL: MEDSONDA@MEDSONDA.COM.BR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:
Código ;
Descrição do produto;
Lote;
Data de fabricação.
Cadastro ANVISA;
Instrução de Uso e Revisão;
Código de barras.
Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:
Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:
Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
04/2020	00	Milena Costa Rivera	Elaboração
02/2022	01	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.
04/2025	02	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.