10315232 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PART., ENT. AR, INJ. LAT., CON. LUER ROT.
ANVISA N°80163570006

FINALIDADE:
Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalps que se adaptem em conectores padrão 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:
1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Filtro de Ar Hidrofóbico.
4. Camará de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
5. Filtro Particulado de 15 micras.
6. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2,7 mm.
7. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
8. Injetor Lateral em Y com membrana auto cicatrizante para administração de soluções em procedimento.
9. Conector luer lock rotativo com conicidade conforme NBR ISO 594-1 e 2 : 2003 para seringas e agulhas.
10. Tampa protetora para o conector Luer Lock Rotativo.
11. FREE LÁTEX



ROTULAGEM: Modelo de Rotulo

COD: 10315232 – EQUIPO MACRO FLEX. FILTRO PART. ,ENT. AR, INJ. LAT.,CONEC. LUER ROT.
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA Nº 80163570006

7 898487 863019

EMBALAGEM:
Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:
Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:
Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulo 4 anos
01/2018	02	Joelma C. Brizola	Revisão da embalagem
08/2018	03	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex