Especificação Técnica:

Policloreto de Vinila (PVC). Atóxico.

Comprimento: 15 e 20 cm.

Diâmetro: 8FR e 12FR.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. Produto de Uso Único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento:

Manter em local seco, limpo, ao abrigo do sol.

Condições de Transporte:

No transporte tomar as devidas precauções, tais como, não jogar, não amassar, não rasgar, não perfurar.

Manter o produto em local limpo, seco e ao abrigo do sol.

Manter em local seco, limpo, ao abrigo do sol.

Advertências e Precauções:

A escolha e as orientações quanto ao uso dos produtos devem ser feitas pelo médico;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; a embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada e úmida.

Os Medvias com conector luer valvulado devem ser utilizados somente com dispositivos médicos que apresentem conexão luer lock com rosca.

O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.

Indicação de Uso:

É um artigo destinado a uso médico hospitalar, tem a finalidade de multiplicar o acesso venoso, conectando as vias de infusão (equipos, extensores, seringas) ao acesso venoso (scalp, cateter). Indicado para infusão simultânea de soluções parenterais.

Contraindicação:

Os Medvias são produzidos em PVC com DOP e não devem ser utilizados com medicamentos que contenham em sua formulação Paclitaxel (substância contida em alguns medicamentos de uso oncológico), pois a solução concentrada ou diluída em contato com o material plástico de PVC ocasiona o desprendimento do plastificante**.**

Modo de Uso:

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio.

Verificar se as tampas protetoras estão perfeitamente encaixadas, garantindo assim a integridade da esterilização após aberto a embalagem.

Verificar se as conexões e componentes do produto suportam as condições normais de uso.

Certificar-se de que não há ocorrências de bolhas de ar durante a passagem da solução.

Realizar a punção no paciente com scalp ou cateter e conectar o medvias.

Conectar a outra extremidade do medvias aos dispositivos de infusão.

Após o uso, descartar de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570041.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2015	00	Yurandy Zamora	Elaboração
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
08/2021	02	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para" Rogério S. Soares". Alteração de informações para adequação das informações de notificação do produto na Anvisa.
01/2022	03	Gessica Dias Correia	"Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de Rogério S. Soares" para "Gessica Dias Correia". Alteração de informações de "Advertências e Precauções".