MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	**Revisão N°00**	**FICHA TÉCNICA FT 8.084**	**Emissão 06/2023**	MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE

BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO PERNA
ANVISA N°80163579008

FINALIDADE:
Usado como coletor de urina em pacientes que se encontraram nos hospitais, clinicas ou casas com uso de sonda uretral permanente ou temporária.

COMPOSIÇÃO:
1. Tampa protetora.
2. Conector universal para conectar o sistema a sonda de alivio, demora ou sistema de incontinência urinária.
3. Tubo de extensor em PVC atóxico com 30 cm de comprimento com luz interna superior a 5 mm.
4. Alça tipo cinto regulável ao paciente, com sua parte interna em algodão aveludado para proteção do paciente.
5. Fivela metálica de alta resistência para perfeita adaptação ao cinto regulável.
6. Bolsa coletora confeccionada de material resistente translúcido atóxico, com capacidade de750 ml, escala volumétrica em alto relevo.
7. Coldre de Proteção para o tubo de drenagem,evitando o risco de contaminação do sistema de coleta.
8. Pinça clamp confeccionada em material resistente, utilizada para drenagem do sistema de coleta, evitando o risco de contaminação junto ao usuário e profissional de saúde.
9. Tubo de drenagem confeccionado em PVC atóxico com 10 cm, com luz interna superior a 5mm, possibilitando um esvaziamento completo do sistema de coleta.
10. FREE LÁTEX



ROTULAGEM: Modelo de Rotulo

COD: 11001021 – BOLSA DREN. UR. SIS.
FECH. EXT. PERNA 750ML STANDARD III
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA Nº 80163579008

7 898487 862234

EMBALAGEM:
Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.
ESTERILIZAÇÃO:
Produto esterilizado em Oxido de Etileno.
VALIDADE:
Validade 4 anos.

Medsonda Indústria e Comércio de produtos Hospitalares Descartáveis Ltda.
Av. Thereza de Souza Carneiro, 1191 Distrito Industrial - Arapoti – PR CEP: 84.990-000.
Fone:(43)3512-2800email: sac@medsonda.com.br

MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	**Revisão N°00**	**FICHA TÉCNICA FT 8.084**	**Emissão 06/2023**	MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
06/2023	00	Rozilda Rodrigues de Oliveira	Elaboração da Ficha Técnica